



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 39/2019	Ejercicio: 2019
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2.	

Expediente N° 126.338-11

Rubro Comercial: 24 - EQUIPOS
Objeto de la contratación: Dar cumplimiento al Subproyecto N° 1 del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la ciencia y la Técnica en U

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 12 de JUNIO de 2019 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	12 de JUNIO de 2019 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	439-09786-0001	1	C/U	<p>CÁMARA TÉRMICA con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensor IR 80 x 60 - Sensibilidad térmica/NETD <100 mK - Distancia focal mínima 0,15 m. - Frecuencia de imagen 9 hz. - Enfoque automático - Rango espectral 7,5 - 14, um - Cámara digital con enfoque fijo y de 640 x 480 píxeles - Pantalla táctil - Paletas de colores: hierro, arco iris, arco iris HC, gris. - Rango de temperaturas del objeto ...(ver detalle). 		
2	433-02755-0012	1	C/U	<p>DESTILADOR KJELDAHL con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semiautomático. - Alimentación eléctrica: 220 Volt 50/60 hz. 2000 W. - Capacidad de destilación: 5/10/25 ml. por min. (regulable) - Tubos de alimentación: 28/29/30/31/32/33/45 mm. de diámetro de boca x 27,5 cm. de largo. - Tiempo de destilación típica: 3/5 min. por muestra. - Consumo de agua de refrigerante: 3 a 5 litros x min. - R...(ver detalle). 		
3	433-05671-0008	1	C/U	<p>CONTADOR HEMATOLÓGICO con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parámetros: 21 parámetros: rata, ratón otros animales (WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PDW, PCT, LY%, LY#, MO%, GR#, MPV, RDW CV, RDW SD). - Reactivos: hemolizante 4: 1 (sin cianuro), 1 diluyente, 2 detergentes. - Volumen de la muestra: de sangre venosa: 30 ul en normal y modos de baja dilución, unos 10 ul de alto. - Modo...(ver detalle). 		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Información detallada de renglones

Renglon 1 - CÁMARA TÉRMICA con las siguientes características mínimas:

- Sensor IR 80 x 60
- Sensibilidad térmica/NETD <100 mK
- Distancia focal mínima 0,15 m.
- Frecuencia de imagen 9 hz.
- Enfoque automático
- Rango espectral 7,5 - 14, um
- Cámara digital con enfoque fijo y de 640 x 480 píxeles
- Pantalla táctil
- Paletas de colores: hierro, arco iris, arco iris HC, gris.
- Rango de temperaturas del objeto de -10 a 150 °C (de -40 a 302 °F).
- Precisión -2 °C o 2% a 25 °C nominal.
- Soporte de almacenamiento: memoria interna de al menos 500 conjuntos de imágenes.
- Conectividad: Wifi, USB
- Batería recargable.

Marca y modelo de referencia: FLIR C3

Renglon 2 - DESTILADOR KJELDAHL con las siguientes características mínimas:

- Semiautomático.
- Alimentación eléctrica: 220 Volt 50/60 hz. 2000 W.
- Capacidad de destilación: 5/10/25 ml. por min. (regulable)
- Tubos de alimentación: 28/29/30/31/32/33/45 mm. de diámetro de boca x 27,5 cm. de largo.
- Tiempo de destilación típica: 3/5 min. por muestra.
- Consumo de agua de refrigerante: 3 a 5 litros x min.
- Reproductibilidad: /-0,5%
- Tasa de recuperación: >=99,5%
- Límite de relevamiento: 0,1 mg. de nitrógeno
- Condiciones ambientales de funcionamiento: 15-45 °C; 0-85% humedad relativa.

Marca de referencia BIOTEC

Modelo de referencia Z-100D

Renglon 3 - CONTADOR HEMATOLÓGICO con las siguientes características mínimas:

- Parámetros: 21 parámetros: rata, ratón otros animales (WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PDW, PCT, LY%, LY#, MO%, GR#, MPV, RDW CV, RDW SD).
- Reactivos: hemolizante 4: 1 (sin cianuro), 1 diluyente, 2 detergentes.
- Volumen de la muestra: de sangre venosa: 30 ul en normal y modos de baja dilución, unos 10 ul de alto.
- Modo de dilución: 5 ul en modo de dilución superior
- Rendimiento: 60 muestras / hora.
- Opciones: Software de gestión de datos, DMS-Lite, Impresora incorporada (térmica), Lector de código de barras.
- Dimensiones y peso: 230 W x 450 D x 428 H mm., aprox. 20 kg.
- Seis tipos de animales preestablecidos: perro, gato, vaca, caballo, rata y ratón, más 3 tipos de animales personalizados que le permiten contar automáticamente otra gama de animales.
- Dilución automática: cuando un resultado de medición excede.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 126.338-1 | CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N°39/2019

- Limpieza y cebado automáticos en el encendido.
- Eliminación automática de obstrucciones después de cada medición
- Limpieza automática de la boquilla de la muestra después de cada medición.
- Limpieza automática de la trayectoria del fluido en el apagado
- Requerimientos de poder: 220-240 vac /- 10% 50-60 Hz.
- Consumo de energía: <120 va.
- Sistema de enfriado: natural.

Marca de referencia NIHON KHODEN

Modelo de referencia MEK 6550K Vet.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 126.338-1 | CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS **N° 39/2019**

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2019, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2019, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2019.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE